

Caltaqua Acque di Caltanissetta spa Via Monte San Giuliano 43 93100 Caltanissetta CL	UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
	Revisione: 2 Data: 22/05/2024
	Sede A pag. 1 di 1

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CON CAMPO FISSO IN CATEGORIA: 0

Acque destinate al consumo umano/Drinking waters

<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>	<i>Tecnica di prova</i>	<i>O&I</i>
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates (cloruri e solfati 10-100 mg/l; nitrati 2-20mg/l; nitriti 0,05-0,5 mg/l.)	UNI EN ISO 10304-1:2009	IC	
Batteri coliformi/Coliform bacteria, Escherichia coli/Escherichia coli (DA 0 A 200 MPN)	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN	
Calcio/Calcium, Durezza (da calcolo)/Hardness (calculation), Ione Ammonio/Ammonium ion, Magnesio/Magnesium, Potassio/Potassium, Sodio/Sodium (calcio 10-100 mg/l; sodio 1-100 mg/l; magnesio 0,5-50 mg/l; potassio 0,5-20 mg/l; ammonio 0,05-1 mg/l.)	UNI EN ISO 14911:2001	IC	
Conducibilità elettrica/Electrical conductivity (da 147 µs/cm a 12.880 µs/cm)	UNI EN 27888:1995	Conduttimetria	
Enterococchi/Enterococci (0-80CFU/100ml)	UNI EN ISO 7899-2:2003	Metodo colturale-conta	
Microrganismi vitali a 22°C/Microorganisms at 22°C, Microrganismi vitali a 36°C/Microorganisms at 36°C (0-300 CFU/1ml)	UNI EN ISO 6222:2001	Metodo colturale-conta	
pH/pH (da PH4 a PH10)	UNI EN ISO 10523:2012	Potenziometria	
Torbidità/Turbidity (DA 0 A 5 NTU)	UNI EN ISO 7027-1:2016	Nefelometria	

Legenda/Note

Il simbolo (1), se presente, indica: "Materiale/Prodotto/Matrice" non previsto dal metodo ma assimilabile/The symbol (1), if present, means: Material/Product/Matrix not provided for by the method but acceptable
Per la definizione della "categoria" di prova indicata nel titolo, si veda il Regolamento Generale ACCREDIA RG-02.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco

